

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «БизнесМаркет»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90

Адреса места осуществления деятельности:
Россия, 142300, Московская обл., г. Чехов, Симферопольское ш., д. 2
Россия, 303034, Орловская обл., г. Мценск, ул. Кисловского, д. 33
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 1
Россия, 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 2а, стр. 2

Телефон/факс: (499) 391-50-53, e-mail: cs.bismark@mail.ru

Протокол испытаний
№ 2464-513/1-1-16/БМ от 23.08.2016 г.

Перепечатка или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

10. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по НД	Пункт требований НД	Метод исследования	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
1	2	3	4	5
ирригатор полости рта марки: Авадент / Айидент / iDent				
Санитарно-химические показатели				
1	Стойкость к горячей воде	Сохранение внешнего вида при температуре 70 °С	ГОСТ 50692	соответствует
2	Стойкость к загрязнению	Спецификация изготовителя	ГОСТ 50692	выполнено
3	Запах водной вытяжки	Не более 1 балла	ГОСТ 50962	отсутствует
4	Привкус водной вытяжки	Не допускается	ГОСТ 50962	выполнено
5	Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	Не допускается	ГОСТ 50962	выполнено
6	Количества миграции вредных веществ, мигрирующих в модельные среды	0,010 мг/л	ГОСТ 50962	0,001

11. Вывод:

По результатам проведенных испытаний объект, средства по уходу за зубами и полостью рта: ирригатор полости рта марки: Авадент / Айидент / iDent, изготовитель «Fu Zhou liansen Creative Technology Limited»: Fujian province Fu Zhou city. Canadian area, chengmen town jun ivan road 76, Китай, соответствует требованиям ГОСТ 50962-96.

Зам. руководителя ИЛ ООО «БизнесМаркет»

Фильчев Д.В.

Конец протокола испытаний

